

Teploměr testo 105 se schválením typu je vhodný zejména pro kontrolní orgány v oblasti potravinářství pro kontrolu zmrazených potravin.

Schvalování typu měřidel je proces, při němž se zjišťuje, zda daný typ měřidla vyhovuje metrologickým požadavkům, tedy je-li měřidlo schopno plnit funkci pro kterou je určeno. Český metrologický institut (ČMI) provádí schvalování typu měřidel na základě zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a na základě prováděcích vyhlášek MPO k tomuto zákonu.

Schvalování typu se týká měřidel stanovených vyhláškou MPO č. 345/202 b, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tzv. stanovená měřidla). Schvalování typu není povinné pro měřidla nestanovená (tzv. pracovní měřidla), lze je však také na základě žádosti schválit.

Pro přístroj byl vydán dne 11.2.2005 Certifikát o schválení typu měřidla č. 0111–CS-C034–05.

Značka schválení typu : TCM 321/05 – 4185.

Platnost tohoto certifikátu je do 10.2.2015

Ke každému přístroji jsou dodávány různé sondy s typovým označením:

0613.1051 standardní vpichovací sonda, délka 100 mm

0613.1052 sonda závrtná do zmrazených potravin, délka 90 mm

0613.1053 vpichovací sonda, délka 200 mm

Tyto sondy musí být dodatečně označeny štítkem s výrobním číslem měřícího přístroje ke kterému patří. Značení těchto sond zajistí Testo, s. r. o. Praha. Na každou sondu bude nalepen štítek. Na štítku bude uvedeno výrobní číslo přístroje / číslo sondy (např. 123456/1 tzn. přístroj Testo 105 s výrobním číslem 123456 a sonda 0613.1051 standardní vpichovací sonda, délka 100 mm).

Při objednávání přístroje testo 105 jako přístroje se schválením typu pro kontrolu zmrazených potravin uvádějte do objednávky objednací číslo: 0563.1050 (přístroj a standardní sonda) nebo 0563.1053 pro komplet (přístroj + 3 sondy + Al kufřík).

Všechny přístroje prodávané jako stanovené měřidlo musí být patřičně označeny.

Značení těchto přístrojů zajistí Testo, s.r.o. Praha.

Na každý teploměr bude nalepena typová značka TCM 321/05 – 4185.

Každý přístroj s označením TCM se musí nechat prvotně ověřit v ČMI.

Testo, s. r. o. může zajistit tuto službu u ČMI nebo si ji musí zajistit zákazník sám.